

ELISA soupravy pro detekci protilátek IgG a IgM proti SARS-CoV-2



Validace v laboratořích
v USA, Itálii a Brazílii



Semikvantitativní
interpretace protilátek



Celková inkubační
doba testu: 50 min



Kompatibilní s většinou
automatických
ELISA analyzátorů



Reagencie ready to use
pro snadné použití



Navrženo, vyvinuto
a vyrobeno v Kalifornii, USA

www.eralachema.com

Erba Lachema s.r.o.
Karásek 2219/1d, 621 00 Brno
Česká republika

Calbiotech Inc.
1935 Cordell Court, El Cajon
CA 92020, U.S.A.



Souprava získala notifikaci FDA pod produktovým kódem QKO a číslem D386770. Během prvních 14 dnů od počátku infekce virem SARS-CoV-2 mohou testy pacientů vykazovat negativní protilátky IgG a IgM. Negativní výsledky nevylučují infekci SARS-CoV-2, zejména u těch, kteří byli v kontaktu s virem. Výsledky testování protilátek by neměly být použity jako jediný základ k diagnostice nebo vyloučení infekce SARS-CoV-2 nebo k informování o stavu infekce. Vyšetření protilátek by mělo být kombinováno s jinými metodami.