

INFORMATIVNÍ UPOZORNĚNÍ

29_2026_Total Bilirubin, změna účelu použití

Výrobek: Bilirubin total, BIL T 330 a BIL T 200
Kat. č.: XSYS0023 a BLT00010

Vážení zákazníci,

rádi bychom vás informovali o změně Účelu použití souprav Bilirubin Total BIL T 330 a BIL T 200. Soupravy jsou nyní také určeny k monitorování hladin bilirubinu u novorozenců jako pomůcka při léčbě neonatální hyperbilirubinemie.


Parametry stanovení a stejně tak i výkonnostní charakteristiky se nemění.

Prosím, aktualizujete si vaše návody k použití.

V případě dalších otázek se na nás neváhejte obrátit.

S pozdravem,

Erba Lachema s.r.o.



Brno, 31. srpna 2026

Ref. No.AN_29_2026